

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (クランプオンAC/DCハイテスタ＜CLAMP ON AC/DC HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3285-20)
 製造番号＜Serial No.＞ (No. 130712345)
 検査年月日＜Test Date＞ (2013 - 07 - 09)
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数＜AC Test Frequency＞ (55Hz)

項目 ＜Item＞	ファンクション ＜Function＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	表示値 ＜Indicated value＞
確度 ＜Accuracy＞	DC A	2000A	900A	886 A ~ 914 A	(900 A)
		200A	180A	177.4 A ~ 182.6 A	(180.2 A)
	AC A	2000A	1900A	1854 A ~ 1946 A	(1907 A)
			600A	590 A ~ 610 A	(601 A)
		200A	160A	157.7 A ~ 162.3 A	(159.4 A)
	DC V	600V	540V	532 V ~ 548 V	(541 V)
		300V	270V	267.0 V ~ 273.0 V	(270.0 V)
		30V	27V	26.70 V ~ 27.30 V	(27.00 V)
	AC V	600V	540V	532 V ~ 548 V	(541 V)
		300V	270V	267.0 V ~ 273.0 V	(270.3 V)
		30V	27V	26.70 V ~ 27.30 V	(27.02 V)
	Ω	10k Ω	5k Ω	4.88 k Ω ~ 5.12 k Ω	(4.99 k Ω)
		1k Ω	900 Ω	882 Ω ~ 918 Ω	(899 Ω)

項目 ＜Item＞	ファンクション ＜Function＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	周波数 ＜Frequency＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	表示値 ＜Indicated value＞
周波数 ＜Frequency＞	Hz(AC200A)	100Hz	160A	60Hz	59.8 Hz ~ 60.2 Hz	(60.0 Hz)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

確度において、DC2000Aレンジでは900Aのみ検査を実施していますが、2000Aまで確度保証しています。

＜Although 900A is the only point inspected for accuracy for the 2000A DC range, the instrument is guaranteed for accuracy up to 2000A.＞

総合判定＜Overall Result＞

(PASS)

検査者＜Inspected by＞

()

承認者＜Approved by＞

()