

SAMPLE

検査成績表

1/1

＜TEST REPORT＞

品名＜Model Name＞ (バッテリハイテスタ＜BATTERY HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3554)
 製造番号＜Serial No.＞ (No. 110518341)
 検査年月日＜Test Date＞ (2011-05-19)
 (＜YYYY-MM-DD＞)
 検査条件＜Test Conditions＞ (23.7 °C, 44 %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	標準器校正値 ＜Std. Cal. Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	表示値 ＜Indicated Value＞
確度＜Accuracy＞					
抵抗＜Resistance＞					
	3m Ω	1m Ω (	1.007 m Ω	0.989 m Ω ～ 1.025 m Ω (	1.000 m Ω)
		3m Ω (	2.995 m Ω	2.958 m Ω ～ 3.032 m Ω (	3.000 m Ω)
	30m Ω	10m Ω (	9.99 m Ω	9.86 m Ω ～ 10.12 m Ω (	10.00 m Ω)
		30m Ω (	30.02 m Ω	29.72 m Ω ～ 30.32 m Ω (	30.00 m Ω)
	300m Ω	100m Ω (	99.9 m Ω	98.6 m Ω ～ 101.2 m Ω (	100.0 m Ω)
		300m Ω (	300.1 m Ω	297.1 m Ω ～ 303.1 m Ω (	300.0 m Ω)
	3 Ω	1 Ω (	1.000 Ω	0.986 Ω ～ 1.014 Ω (	1.000 Ω)
		3 Ω (	3.000 Ω	2.970 Ω ～ 3.030 Ω (	3.000 Ω)
電圧＜Volt＞					
	6V	0V	—	−0.006 V ～ 0.006 V (	0.000 V)
	6V	3V	—	2.992 V ～ 3.008 V (	3.000 V)
	6V	5.95V	—	5.940 V ～ 5.960 V (	5.950 V)
	60V	30V	—	29.92 V ～ 30.08 V (	30.00 V)
	60V	−30V	—	−30.08 V ～ −29.92 V (	−30.00 V)
	60V	59.5V	—	59.40 V ～ 59.60 V (	59.50 V)
温度＜Temperature＞					
		0°C(459.29 Ω)	—	−0.5 °C ～ 0.5 °C (	0.0 °C)
		25°C(500.00 Ω)	—	24.5 °C ～ 25.5 °C (	25.0 °C)
		50°C(540.37 Ω)	—	49.5 °C ～ 50.5 °C (	50.0 °C)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

＜The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected by＞	承認者＜Approved by＞
(PASS)	()	()