

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/2

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)
形名<Model Number> (8807 (8807-01))
製造番号<Serial No.> (No.)
検査年月日<Test Date> (<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<Printer>	
-1.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
2.	バックライトチェック<Back light check>	(PASS)
3.	セルフチェック<Self check>	
-1.	ROM, RAMチェック<ROM, RAM check>	(PASS)
-2.	プリンタチェック<Printer check>	(PASS)
-3.	キー, LED チェック<Keyboard check, LED check>	(PASS)
-4.	LCDチェック<LCD check>	(PASS)
4.	機能<Function>	
-1.	データストレージ、圧縮機能<Data storage, Compression>	(PASS)
-2.	ロジックデータ<Logic data>	(PASS)
-3.	マニュアルトリガ<Manual trigger>	(PASS)
-4.	トリガソース<Trigger source>	(PASS)
-5.	TRIG OUT<TRIG OUT>	(PASS)
-6.	EXT TRIG<EXT TRIG>	(PASS)
-7.	時間軸精度<Time base>	(PASS)
-8.	時計<Clock>	(PASS)
-9.	PCカードチェック<PC card check>	(PASS)
-10.	充電動作<Battery charge>	(PASS)
-11.	方形波特性<Square wave characteristic>	(PASS)
-12.	周波数特性<Frequency characteristic>	(PASS)
-13.	アンチエイリアシングフィルタ<Anti-aliasing filter>	(PASS)
-14.	ローパスフィルタ<Low-pass filter>	(PASS)
	5Hz	(PASS)
	500Hz	(PASS)

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REOPRT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

2/2

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)
形名<Model Number> (8807 (8807-01))
製造番号<Serial No.> (No. 000000000)
検査年月日<Test Date> (1900-01-00)
<YYYY-MM-DD>

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	試験点 ＜Test Point＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	* 測定値＜Measured Value＞	
				CH1	CH2
DC振幅確度＜DC Amplitude Accuracy＞					
10	mV/DIV	100mV ±	0.50 mV	(100.06 mV)	(100.13 mV)
20	mV/DIV	200mV ±	1.0 mV	(200.1 mV)	(200.3 mV)
50	mV/DIV	500mV ±	2.5 mV	(500.3 mV)	(500.6 mV)
100	mV/DIV	1 V ±	0.0050 V	(1.0006 V)	(1.0013 V)
200	mV/DIV	2 V ±	0.010 V	(2.001 V)	(2.003 V)
500	mV/DIV	5 V ±	0.025 V	(5.003 V)	(5.006 V)
1	V/DIV	10 V ±	0.050 V	(10.006 V)	(10.013 V)
2	V/DIV	20 V ±	0.10 V	(20.01 V)	(20.03 V)
5	V/DIV	50 V ±	0.25 V	(50.03 V)	(50.06 V)
10	V/DIV	100 V ±	0.50 V	(100.06 V)	(100.13 V)
20	V/DIV	200 V ±	1.0 V	(200.1 V)	(200.3 V)
50	V/DIV	450 V ±	2.5 V	(450.3 V)	(450.6 V)
100	V/DIV	450 V ±	5.0 V	(450.6 V)	(451.3 V)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

No.8807-6