

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E CORPORATION

1/2

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)
形名<Model Number> (8808 (8808-01))
製造番号<Serial No.> (No.)
検査年月日<Test Date> (<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<Printer>	
-1.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
2.	バックライトチェック<Back light check>	(PASS)
3.	セルフチェック<Self check>	
-1.	ROM, RAMチェック<ROM, RAM check>	(PASS)
-2.	プリンタチェック<Printer check>	(PASS)
-3.	キー, LED チェック<Keyboard check, LED check>	(PASS)
-4.	LCDチェック<LCD check>	(PASS)
4.	機能<Function>	
-1.	データストレージ、圧縮機能<Data storage, Compression>	(PASS)
-2.	ロジックデータ<Logic data>	(PASS)
-3.	マニュアルトリガ<Manual trigger>	(PASS)
-4.	トリガソース<Trigger source>	(PASS)
-5.	TRIG OUT<TRIG OUT>	(PASS)
-6.	EXT TRIG<EXT TRIG>	(PASS)
-7.	時間軸精度<Time base>	(PASS)
-8.	時計<Clock>	(PASS)
-9.	PCカードチェック<PC card check>	(PASS)
-10.	充電動作<Battery charge>	(PASS)
-11.	方形波特性<Square wave characteristic>	(PASS)
-12.	周波数特性<Frequency characteristic>	(PASS)
-13.	アンチエイリアシングフィルタ<Anti-aliasing filter>	(PASS)
-14.	ローパスフィルタ<Low-pass filter>	(PASS)
	5Hz	(PASS)
	500Hz	(PASS)

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

No.8808-7

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

2/2

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)
形名<Model Number> (8808 (8808-01))
製造番号<Serial No.> (No.)
検査年月日<Test Date> (1900-01-00)
<YYYY-MM-DD>

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	試験点 ＜Test Point＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	* 測定値＜Measured Value＞							
				CH1		CH2		CH3		CH4	
DC振幅確度＜DC Amplitude Accuracy＞											
	10 mV/DIV	100mV	± 0.50mV (	100.00 mV)(	100.13 mV)(	100.06 mV)(	100.00 mV)				
	20 mV/DIV	200mV	± 1.0mV (	200.0 mV)(	200.3 mV)(	200.1 mV)(	200.0 mV)				
	50 mV/DIV	500mV	± 2.5mV (	500.0 mV)(	500.6 mV)(	500.3 mV)(	500.0 mV)				
	100 mV/DIV	1 V	± 0.0050V (	1.0000 V)(	1.0013 V)(	1.0006 V)(	1.0000 V)				
	200 mV/DIV	2 V	± 0.010V (	2.000 V)(	2.003 V)(	2.001 V)(	2.000 V)				
	500 mV/DIV	5 V	± 0.025V (	5.000 V)(	5.006 V)(	5.003 V)(	5.000 V)				
	1 V/DIV	10 V	± 0.050V (	10.000 V)(	10.013 V)(	10.006 V)(	10.000 V)				
	2 V/DIV	20 V	± 0.10V (	20.00 V)(	20.03 V)(	20.01 V)(	20.00 V)				
	5 V/DIV	50 V	± 0.25V (	50.00 V)(	50.06 V)(	50.03 V)(	50.00 V)				
	10 V/DIV	100 V	± 0.50V (	100.00 V)(	100.13 V)(	100.06 V)(	100.00 V)				
	20 V/DIV	200 V	± 1.0V (	200.0 V)(	200.3 V)(	200.1 V)(	200.0 V)				
	50 V/DIV	450 V	± 2.5V (	450.0 V)(	450.0 V)(	450.0 V)(	450.0 V)				
	100 V/DIV	450 V	± 5.0V (	450.6 V)(	450.6 V)(	450.6 V)(	449.4 V)				

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>