

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

品名<Model Name>	(メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)	1/1
形名<Model Number>	8825	
製造番号<Serial No.>	(No.110812345)	
検査年月日<Test Date>	(2011-12-31)	
	<YYYY-MM-DD>	
検査条件<Test Conditions>	(23.0°C, 50%rh)	
電源周波数<Supply Frequency>	(60Hz)	

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<PRINTER>	
-1.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
2.	セルフチェック<Self check>	
-1.	ROM、RAM、アドレスバスチェック<ROM, RAM, Address bus check>	(PASS)
-2.	LED チェック<LED check>	(PASS)
-3.	プリンタチェック<Printer check>	(PASS)
-4.	キーチェック(ロータリーノブ、ソフトキー) <Keyboard check(rotary knob, function key)>	(PASS)
-5.	ディスプレイチェック<Display check>	(PASS)
3.	インタフェース<Interface>	
-1.	外部スタート、外部ストップ、外部プリント < External start, External stop, External print>	(PASS)
-2.	波形判定、判定出力<Wave form comparison, judgment result output>	(PASS)
-3.	TRIG OUT<TRIG OUT>	(PASS)
-4.	EXT TRIG<EXT TRIG>	(PASS)
4.	レンジ<Range>	(PASS)
5.	ユニット識別<Unit discrimination>	(PASS)
6.	時間軸<Time base>	(PASS)
7.	メモリ分割<Memory division>	(PASS)
8.	ショット長、圧縮<Shot length>	(PASS)
9.	FDD<Floppy disk drive>	(PASS)
10.	時計<Clock>	(PASS)
11.	トリガ<Trigger>	
-1.	プリトリガ<Pre Trigger>	(PASS)
-2.	トリガスロープ、レベルトリガ<Trigger slope・Level trigger>	(PASS)
-3.	ウインドトリガ<Window trigger>	(PASS)
-4.	パターントリガ<Pattern trigger>	(PASS)
-5.	トリガフィルタ<Trigger filter>	(PASS)
-6.	トリガソース<Trigger source>	(PASS)

備考<Note>

1.9586または9586-01を除くオプションユニットは、別途検査とする。

<Except for the 9586 or 9586-01 optional units are inspected separately. >

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()