

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉) 1/1
 形名〈Model Number〉 (8826)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110712345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-12-31)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0℃, 50%rh)
 電源周波数〈Supply Frequency〉 (60Hz)

機能〈Function〉

No.	項目〈Item〉	結果〈Result〉
1.	プリンタ〈Printer〉	
-1.	ヘッドアップ〈Head up〉	(PASS)
-2.	ペーパーエンド〈Paper end〉	(PASS)
2.	セルフチェック〈Self check〉	
-1.	ROM、RAMチェック〈ROM, RAM check〉	(PASS)
-2.	プリンタチェック〈Printer check〉	(PASS)
-3.	キー、ブザー、LED チェック〈Keyboard, Buzzer and LED check〉	(PASS)
-4.	ディスプレイチェック〈Display check〉	(PASS)
-5.	PCカードチェック〈PC card check〉	(PASS)
-6.	バックライトチェック〈Back light check〉	(PASS)
3.	キーロック 〈Key lock〉	(PASS)
4.	ロジックデータ〈logic data〉	(PASS)
5.	インタフェース〈Interface〉	
-1.	外部スタート、外部ストップ、外部プリント 〈 External start, External stop, External print〉	(PASS)
-2.	GO、NG端子 〈GO, NG〉	(PASS)
-3.	TRIG OUT〈TRIG OUT〉	(PASS)
-4.	EXT TRIG〈EXT TRIG〉	(PASS)
-5.	外部サンプリング〈EXT SMPL〉	(PASS)
6.	レンジ、フィルター〈Range, Filter〉	(PASS)
7.	カップリング〈Coupling〉	(PASS)
8.	ユニット識別〈Unit discrimination〉	(PASS)
9.	時間軸〈Time base〉	(PASS)
10.	ユニットデータ、ストレージ機能、圧縮機能〈Unit data, Storage, Compress〉	(PASS)
11.	バックアップ 〈back up〉	(PASS)
12.	FDD〈Floppy disk drive〉	(PASS)
13.	時計〈Clock〉	(PASS)
14.	トリガ〈Trigger〉	(PASS)
15.	マニュアルトリガ〈Manual trigger〉	(PASS)
16.	トリガ・ソース〈Trigger source〉	(PASS)
17.	SCSI〈SCSI interface〉	(PASS)
18.	REC&MEM〈REC&MEM〉	(PASS)
19.	電流プローブ用電源出力〈Power output for current probe〉	(PASS)

備考〈Note〉

1. オプションユニットは、別途検査とする。
 〈The optional units are inspected separately.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()