

**SAMPLE** 検査成績表  
<TEST REPORT>

品名<Model Name> ( クランプオンプローブ<CLAMP ON PROBE> )  
 形名<Model Number> ( 9132-50 )  
 製造番号<Serial No.> (No. 110515016 )  
 検査年月日<Test Date> ( 2011-05-17 )  
 <YYYY-MM-DD>  
 検査条件<Test Conditions> ( 25.6 °C, 41 %rh )  
 検査周波数<Test Frequency> ( 55 Hz )

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
<b>確度</b> <Accuracy>					
	AC 1000 A	AC 1000 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.4 mV )
	AC 500 A	AC 500 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.7 mV )
	AC 200 A	AC 200 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.6 mV )
	AC 100 A	AC 100 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.3 mV )
	AC 50 A	AC 50 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.3 mV )
	AC 20 A	AC 20 A	AC 200 mV	193.6 mV ~ 206.4 mV	( 200.2 mV )

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
( PASS )	( )	( )