

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> (D/A出力ユニット <D/A OUTPUT UNIT>)
形名 <Model Number> (9539)
製造番号 <Serial No.> (No. 110801234)
検査年月日 <Test Date> (2011-08-08)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件 <Test Conditions> (25.5 °C, 55 %rh)
電源周波数 <Supply Frequency> (60 Hz)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>	
			CH-1	CH-2
DCオフセット確度 <DC Offset>	0 V	0V±5.0000 mV	(0.0000 mV)	(0.0000 mV)
DC振幅確度 <Accuracy>	5 V	5V±0.0100 V	(5.0000 V)	(5.0000 V)
	-5 V	-5V±0.0100 V	(-5.0000 V)	(-5.0000 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()

No.9539-4