

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温湿度モジュール<HUMIDITY MODULE>)
形名<Model Number> (2301)
製造番号<Serial No.> (No. 110513371)
検査年月日<Test Date> (2011-05-16)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.7 °C, 47.6 %rh)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
確度<Accuracy>				
温度計(TEMP) <Temperature Meter>				
	25 °C	10.00 kΩ	24.8 °C ~ 25.2 °C	(25.0 °C)
	0 °C	27.94 kΩ	-0.2 °C ~ 0.2 °C	(0.0 °C)
湿度計(HUM) <Humidity Meter>				
	20 %rh	1.42 V	19.8 %rh ~ 20.2 %rh	(20.0 %rh)
	80 %rh	3.28 V	79.8 %rh ~ 80.2 %rh	(80.0 %rh)

備考<Note>

温度、湿度のセンサ入力は、検査点の温湿度に相当する疑似入力で検査しています。
<For sensor input of Temperature and Humidity, the test points' equivalent value in terms of resistance and voltage, respectively, is input for testing purposes.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()