

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (メグオームハイテスタ＜MΩ HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3117-12)
 製造番号＜Serial No.＞ (No.)
 検査年月日＜Test Date＞ ()
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (°C, %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------

確度
＜Accuracy＞

MΩ

0.05 MΩ	0.0475 MΩ ~ 0.0525 MΩ	(MΩ)
0.1 MΩ	0.0950 MΩ ~ 0.1050 MΩ	(MΩ)
1 MΩ	0.950 MΩ ~ 1.050 MΩ	(MΩ)
20 MΩ	19.00 MΩ ~ 21.00 MΩ	(MΩ)
50 MΩ	45.00 MΩ ~ 55.00 MΩ	(MΩ)

ACV

(55Hz) 300 V 270 V ~ 330 V (V)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	負荷抵抗 ＜Load Resistance＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

測定端子電圧

＜Measurement Terminal Voltage＞

250V/50 MΩ	1 MΩ	225 V 以上	(V)
250V/50 MΩ	∞ MΩ	225 V ~ 275 V	(V)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
()	()	()