

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ<MΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3117-13)
 製造番号<Serial No.> (No.)
 検査年月日<Test Date> ()
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
--------------	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------

確度
<Accuracy>

MΩ

0.1 MΩ	0.0950 MΩ ~ 0.1050 MΩ	(MΩ)
2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(MΩ)
50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(MΩ)
100 MΩ	90.0 MΩ ~ 110.0 MΩ	(MΩ)

ACV

(55Hz) 500 V	450 V ~ 550 V	(V)
--------------	---------------	-------

項目 <Item>	レンジ <Range>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
--------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

測定端子電圧
<Measurement Terminal Voltage>

500V/100 MΩ	2 MΩ	450 V 以上	(V)
500V/100 MΩ	∞ MΩ	450 V ~ 550 V	(V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
()	()	()

No.311713-9