

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (メグオームハイテスタ＜MΩ HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3117-14)
 製造番号＜Serial No.＞ (No.)
 検査年月日＜Test Date＞ ()
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (°C, %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------

確度
＜Accuracy＞

MΩ	1 MΩ	0.950 MΩ ～ 1.050 MΩ	(MΩ)
	20 MΩ	19.00 MΩ ～ 21.00 MΩ	(MΩ)
	500 MΩ	475.0 MΩ ～ 525.0 MΩ	(MΩ)
	1000 MΩ	900 MΩ ～ 1100 MΩ	(MΩ)
ACV			
(55Hz)	500 V	450 V ～ 550 V	(V)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	負荷抵抗 ＜Load Resistance＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

測定端子電圧
＜Measurement Terminal Voltage＞

500V/1000 MΩ	20 MΩ	450 V 以上	(V)
500V/1000 MΩ	∞ MΩ	450 V ～ 550 V	(V)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
()	()	()

No.311714-10