

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (メグオームハイテスタ＜MΩ HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3117-15)
 製造番号＜Serial No.＞ (No.)
 検査年月日＜Test Date＞ ()
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (°C, %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------

確度
＜Accuracy＞

MΩ	2 MΩ	1.900 MΩ ～ 2.100 MΩ	(MΩ)
	50 MΩ	47.50 MΩ ～ 52.50 MΩ	(MΩ)
	1000 MΩ	950 MΩ ～ 1050 MΩ	(MΩ)
	2000 MΩ	1800 MΩ ～ 2200 MΩ	(MΩ)
ACV			
(55Hz)	500 V	450 V ～ 550 V	(V)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	負荷抵抗 ＜Load Resistance＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
--------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

測定端子電圧
＜Measurement Terminal Voltage＞

1000V/2000 MΩ	50 MΩ	900 V 以上	(V)
1000V/2000 MΩ	∞ MΩ	900 V ～ 1100 V	(V)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
()	()	()

No.311715-11