

SAMPLE 検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ <MΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3118-11)
 製造番号<Serial No.> (No.)
 検査年月日<Test Date> ()

<YYYY-MM-DD>

検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度 <Accuracy>				
250V/50 MΩ		0.05 MΩ	0.0475 MΩ ~ 0.0525 MΩ	(MΩ)
		2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	19.00 MΩ ~ 21.00 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	45.00 MΩ ~ 55.00 MΩ	(MΩ)
500V/100 MΩ		0.1 MΩ	0.0950 MΩ ~ 0.1050 MΩ	(MΩ)
		5 MΩ	4.750 MΩ ~ 5.250 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(MΩ)
		100 MΩ	90.0 MΩ ~ 110.0 MΩ	(MΩ)
ACV				
(55Hz)		600 V	558.0 V ~ 642.0 V	(V)
OHM				
		5 Ω	4.433 Ω ~ 5.638 Ω	(Ω)
		100 Ω	59.40 Ω ~ 279.8 Ω	(Ω)
項目 <Item>	レンジ <Range>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>

測定端子電圧
<Measurement Terminal Voltage>

250V/50 MΩ	1 MΩ	225 V 以上	(V)
250V/50 MΩ	∞ MΩ	225 V ~ 275 V	(V)
500V/100 MΩ	1 MΩ	450 V 以上	(V)
500V/100 MΩ	∞ MΩ	450 V ~ 550 V	(V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
()	()	()