

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (メグオームハイテスタ＜MΩ HiTESTER＞)
 形名＜Model Number＞ (3118-12)
 製造番号＜Serial No.＞ (No.)
 検査年月日＜Test Date＞ ()
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (°C, %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
確度 ＜Accuracy＞				
500V/200 MΩ		0.1 MΩ	0.0950 MΩ ～ 0.1050 MΩ	(MΩ)
		5 MΩ	4.750 MΩ ～ 5.250 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	47.50 MΩ ～ 52.50 MΩ	(MΩ)
		200 MΩ	180.0 MΩ ～ 220.0 MΩ	(MΩ)
1000V/2000 MΩ		2 MΩ	1.900 MΩ ～ 2.100 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	19.00 MΩ ～ 21.00 MΩ	(MΩ)
		500 MΩ	475.0 MΩ ～ 525.0 MΩ	(MΩ)
		2000 MΩ	1800 MΩ ～ 2200 MΩ	(MΩ)
ACV				
(55Hz)		600 V	558.0 V ～ 642.0 V	(V)
OHM				
		5 Ω	4.433 Ω ～ 5.638 Ω	(Ω)
		100 Ω	59.40 Ω ～ 279.8 Ω	(Ω)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	負荷抵抗 ＜Load Resistance＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
測定端子電圧 ＜Measurement Terminal Voltage＞				
500V/200 MΩ		1 MΩ	450 V 以上	(V)
500V/200 MΩ		∞ MΩ	450 V ～ 550 V	(V)
1000V/2000 MΩ		20 MΩ	900 V 以上	(V)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
()	()	()