

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (溶接機ハイテスタ<WELDER HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3152)
 製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
 検査年月日<Test Date> (2011-12-31)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 50 %rh)

項目<Item>	検査点<Test Point>	結果<Result>
導通抵抗測定	1.9 Ω 合格判定すること	(PASS)
	2.1 Ω 不良判定すること	(PASS)

項目<Item>	測定項目<Measurement Item>	入力<Input>	許容範囲<Tolerance>	測定値<Measured Value>
絶縁抵抗測定	対地間絶縁抵抗 (外箱-R端子間)	2.0 MΩ 20 MΩ	1.8 MΩ ~ 17 MΩ ~	2.2 MΩ (2.0 MΩ) 23 MΩ (20 MΩ)
	入出力間絶縁抵抗 (R-U端子間)	2.0 MΩ 20 MΩ	1.8 MΩ ~ 17 MΩ ~	2.2 MΩ (2.0 MΩ) 23 MΩ (20 MΩ)
電圧測定	電源電圧 (R-S端子間)	300 V (50Hz)	291 V ~	309 V (300 V)
	無負荷電圧(安全電圧) (U-V端子間)	30.0 V (50Hz)	29.1 V ~	30.9 V (30.0 V)

項目<Item>	測定項目<Measurement Item>	調整値<Adjust Value>	許容範囲<Tolerance>	測定値<Measured Value>
始動感度抵抗測定	始動感度抵抗 *1 *1=25VAC(50Hz)入力	(299 Ω)	294 Ω ~	304 Ω (300 Ω)

項目<Item>	検査点<Test Point>	結果<Result>
運動時間測定	34VAC(50Hz)入力し運動時間測定を開始しないこと	(PASS)

項目<Item>	測定項目<Measurement Item>	検査点<Test Point>	許容範囲<Tolerance>	測定値<Measured Value>
運動時間測定	運動時間 *2 *2=40VAC(50Hz)を1.00s間入力	1.00 s	0.96 s ~	1.04 s (1.00 s)

備考<Note>
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3152-2