

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (ソーラハイテスタ <SOLAR HiTESTER>)
形名<Model Number> (3245 *)
製造番号<Serial No.> (No. 70222092)
検査年月日<Test Date> (2007-02-15)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (21.9 °C, 41 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度 <Accuracy>	DCV	600 V	520 V	510 V ~ 530 V	521 V
		420.0 V	370.0 V	364.8 V ~ 375.2 V	371.0 V
		42.00 V	37.00 V	36.48 V ~ 37.52 V	37.01 V
		4.200 V	3.700 V	3.648 V ~ 3.752 V	3.698 V
		420.0mV	370.0mV	364.8 mV ~ 375.2 mV	370.4 mV
		420.0mV	0.0mV	-0.4 mV ~ 0.4 mV	0.0 mV
	ACV	600 V	520V, 500Hz	501 V ~ 539 V	516 V
		420.0 V	370.0V, 50Hz	360.7 V ~ 379.3 V	370.2 V
		42.00 V	37.00V, 50Hz	36.07 V ~ 37.93 V	36.89 V
		4.200 V	3.700V, 50Hz	3.607 V ~ 3.793 V	3.687 V
	Ω	42.00MΩ	37.00MΩ	33.26 MΩ ~ 40.74 MΩ	36.83 MΩ
		4.200MΩ	3.700MΩ	3.511 MΩ ~ 3.889 MΩ	3.677 MΩ
		420.0kΩ	370.0kΩ	362.2 kΩ ~ 377.8 kΩ	368.2 kΩ
		42.00kΩ	37.00kΩ	36.22 kΩ ~ 37.78 kΩ	36.81 kΩ
		4.200kΩ	3.700kΩ	3.622 kΩ ~ 3.778 kΩ	3.680 kΩ
		420.0 Ω	370.0 Ω	362.2 Ω ~ 377.8 Ω	367.0 Ω
		420.0 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω ~ 0.4 Ω	0.0 Ω

備考<Note>

- * 3245と3245-01,3245-60,3245-61は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名を3245と表記しています。
<Because the inspection points of Models 3245,3245-01,3245-60 and 3245-61 are the same,"Model 3245" is used in this data sheet to represent all four models.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()