

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKII E CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (デジタルクランプオンハイテスタ<DIGITAL CLAMP ON HiTESTER>)
形名<Model Number> (3281)
製造番号<Serial No.> (No. 110506411)
検査年月日<Test Date> (2011-05-10)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (22.5 °C, 49.0 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (60 Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度 <Accuracy>						
	AC A	RMS	600 A	540 A	530 A ~ 550 A	(541 A)
			300 A	270 A	266.8A ~ 273.2A	(270.8 A)
			30 A	27 A	26.52A ~ 27.48A	(27.12 A)
	AC V	RMS	600 V	540 V	532 V ~ 548 V	(539 V)
			300 V	270 V	267.0V ~ 273.0V	(270.0 V)
	Ω	—	AUTO (10 kΩ)	9 kΩ	8.82kΩ ~ 9.18kΩ	(9.00 kΩ)
			AUTO (1000 Ω)	900 Ω	882 Ω ~ 918 Ω	(901 Ω)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力<Input> 電圧 <Voltage>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
周波数 <Frequency>							
	AC V	Hz	AUTO (100Hz)	300 V	55 Hz	54.8 Hz ~ 55.2Hz	(55.0 Hz)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3281-7