

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (デジタルクランプオンハイテスタ<DIGITAL CLAMP ON HiTESTER>)

形名<Model Number> (3282)

製造番号<Serial No.> (No. 110516589)

検査年月日<Test Date> (2011 - 05- 17)

<YYYY-MM-DD>

検査条件<Test Conditions> (22.8 °C, 48.7 %rh)

検査周波数<Test Frequency> (55Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度 <Accuracy>	AC A	1000A	900A	886A ~ 914 A	(897 A)
		300A	270.0A	266.8A ~ 273.2 A	(269.4 A)
		30A	27.00A	26.52A ~ 27.48 A	(26.97 A)
	AC V	600V	540V	532V ~ 548 V	(539 V)
		300V	270.0V	267.0V ~ 273.0 V	(269.5 V)
	Ω	AUTO	9.0kΩ	8.82kΩ ~ 9.18 kΩ	(9.00 kΩ)
			900Ω	882Ω ~ 918 Ω	(899 Ω)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力 <Input>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
周波数 <Frequency>	AC V	Hz	AUTO	300V	55.0Hz	54.8Hz ~ 55.2Hz	(55.0 Hz)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()