

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ<MΩ HiTESTER>)
形名<Model Number> (3450-11)
製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
検査年月日<Test Date> (2011-03-12)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項 目 <Item>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度			
<Accuracy>			
MΩ	0.01 MΩ	0.0090 MΩ ~ 0.0110 MΩ	(0.0090 MΩ)
	0.02 MΩ	0.0190 MΩ ~ 0.0210 MΩ	(0.0190 MΩ)
	0.5 MΩ	0.475 MΩ ~ 0.525 MΩ	(0.475 MΩ)
	10 MΩ	9.50 MΩ ~ 10.50 MΩ	(10.00 MΩ)
	20 MΩ	18.00 MΩ ~ 22.00 MΩ	(18.00 MΩ)
ACV			
(55Hz)	250 V	237.5 V ~ 262.5 V	(260.0 V)

項 目 <Item>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
定格測定電流			
<Rated Measurement Current>			
	0.125 MΩ	1.000 mA ~ 1.200 mA	(1.200 mA)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()