

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ<MΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3450-13)
 製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
 検査年月日<Test Date> (2011-03-12)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項 目 <Item>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度 <Accuracy>			
MΩ	0.05 MΩ	0.0450 MΩ ~ 0.0550 MΩ	(0.0450 MΩ)
	0.1 MΩ	0.095 MΩ ~ 0.105 MΩ	(0.095 MΩ)
	2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(1.900 MΩ)
	50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(47.50 MΩ)
	100 MΩ	90.00 MΩ ~ 110.0 MΩ	(90.0 MΩ)
ACV			
(55Hz)	500 V	475.0 V ~ 525.0 V	(475.0 V)

項 目 <Item>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
定格測定電流 <Rated Measurement Current>			
	0.5 MΩ	1.000 mA ~ 1.200 mA	(1.200 mA)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()