

検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (メグオームハイテスタ 〈MΩ HITESTER〉)
 形名〈Model Number〉 (3451-11)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.)
 検査年月日〈Test Date〉 ()
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (°C, %rh)

項 目 〈Item〉	計器指示値 〈Indicated Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
確度 〈Accuracy〉			
MΩ	0.01 MΩ	0.0090 MΩ ~ 0.0110 MΩ	(MΩ)
	0.02 MΩ	0.0190 MΩ ~ 0.0210 MΩ	(MΩ)
	0.5 MΩ	0.475 MΩ ~ 0.525 MΩ	(MΩ)
	10 MΩ	9.50 MΩ ~ 10.50 MΩ	(MΩ)
	20 MΩ	18.00 MΩ ~ 22.00 MΩ	(MΩ)
ACV			
(55Hz)	250 V	237.5 V ~ 262.5 V	(V)

項 目 〈Item〉	負荷抵抗 〈Load Resistance〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
定格測定電流 〈Rated Measurement Current〉			
	0.125 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
測定端子電圧 〈Measurement Terminal Voltage〉			
125V/20 MΩ	∞ MΩ	125 V ~ 150 V	(V)

備考〈Note〉
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
()	()	()