

**検査成績表**  
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 ( メグオームハイテスタ 〈MΩ HITESTER〉 )  
 形名〈Model Number〉 ( 3451-13 )  
 製造番号〈Serial No.〉 ( No. )  
 検査年月日〈Test Date〉 ( )  
 〈YYYY-MM-DD〉  
 検査条件〈Test Conditions〉 ( °C, %rh )

| 項 目<br>〈Item〉    | 計器指示値<br>〈Indicated Value〉 | 許容範囲<br>〈Tolerance〉   | 標準器指示値<br>〈Standard〉 |
|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 確度<br>〈Accuracy〉 |                            |                       |                      |
| MΩ               | 0.05 MΩ                    | 0.0450 MΩ ~ 0.0550 MΩ | ( MΩ )               |
|                  | 0.1 MΩ                     | 0.0950 MΩ ~ 0.1050 MΩ | ( MΩ )               |
|                  | 2 MΩ                       | 1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ   | ( MΩ )               |
|                  | 50 MΩ                      | 47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ   | ( MΩ )               |
|                  | 100 MΩ                     | 90.0 MΩ ~ 110.0 MΩ    | ( MΩ )               |
| ACV              |                            |                       |                      |
| (55Hz)           | 500 V                      | 475.0 V ~ 525.0 V     | ( V )                |

| 項 目<br>〈Item〉                            | 負荷抵抗<br>〈Load Resistance〉 | 許容範囲<br>〈Tolerance〉 | 標準器指示値<br>〈Standard〉 |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 定格測定電流<br>〈Rated Measurement Current〉    |                           |                     |                      |
|                                          | 0.5 MΩ                    | 1000 μA ~ 1200 μA   | ( μA )               |
| 測定端子電圧<br>〈Measurement Terminal Voltage〉 |                           |                     |                      |
| 500V/100 MΩ                              | ∞ MΩ                      | 500 V ~ 600 V       | ( V )                |

備考〈Note〉  
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

| 総合判定〈Overall Result〉 | 検査者〈Inspected By〉 | 承認者〈Approved By〉 |
|----------------------|-------------------|------------------|
| ( )                  | ( )               | ( )              |