

検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (メグオームハイテスタ 〈MΩ HiTESTER〉)
 形名〈Model Number〉 (3451-14)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.)
 検査年月日〈Test Date〉 ()
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (°C, %rh)

項 目 〈Item〉	計器指示値 〈Indicated Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
確度 〈Accuracy〉			
MΩ	0.5 MΩ	0.450 MΩ ~ 0.550 MΩ	(MΩ)
	1 MΩ	0.950 MΩ ~ 1.050 MΩ	(MΩ)
	20 MΩ	19.00 MΩ ~ 21.00 MΩ	(MΩ)
	500 MΩ	475.0 MΩ ~ 525.0 MΩ	(MΩ)
	1000 MΩ	900 MΩ ~ 1100 MΩ	(MΩ)
ACV			
(55Hz)	500 V	475.0 V ~ 525.0 V	(V)

項 目 〈Item〉	負荷抵抗 〈Load Resistance〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
定格測定電流 〈Rated Measurement Current〉			
	1 MΩ	500 μA ~ 600 μA	(μA)
測定端子電圧 〈Measurement Terminal Voltage〉			
500V/1000 MΩ	∞ MΩ	500 V ~ 600 V	(V)

備考〈Note〉
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
()	()	()