

検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (メグオームハイテスタ〈MΩ HiTESTER〉)
 形名〈Model Number〉 (3452-12)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.)
 検査年月日〈Test Date〉 (〈YYYY-MM-DD〉)
 検査条件〈Test Conditions〉 (°C, %rh)

項目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	計器指示値 〈Indicated Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
確度 〈Accuracy〉				
125V		0.01 MΩ	0.0090 MΩ ~ 0.0110 MΩ	(MΩ)
		0.02 MΩ	0.0190 MΩ ~ 0.0210 MΩ	(MΩ)
		0.5 MΩ	0.475 MΩ ~ 0.525 MΩ	(MΩ)
		10 MΩ	9.50 MΩ ~ 10.50 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	18.00 MΩ ~ 22.00 MΩ	(MΩ)
250V		0.01 MΩ	0.0090 MΩ ~ 0.0110 MΩ	(MΩ)
		0.05 MΩ	0.0475 MΩ ~ 0.0525 MΩ	(MΩ)
		1 MΩ	0.950 MΩ ~ 1.050 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	19.00 MΩ ~ 21.00 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	45.00 MΩ ~ 55.00 MΩ	(MΩ)
500V		0.05 MΩ	0.0450 MΩ ~ 0.0550 MΩ	(MΩ)
		0.1 MΩ	0.095 MΩ ~ 0.105 MΩ	(MΩ)
		2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(MΩ)
		100 MΩ	90.0 MΩ ~ 110.0 MΩ	(MΩ)
ACV (55Hz)		500 V	475.0 V ~ 525.0 V	(V)

項目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	負荷抵抗 〈Load Resistance〉	許容範囲 〈Tolerance〉	標準器指示値 〈Standard〉
定格測定電流 〈Rated Measurement Current〉				
125V		0.125 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
250V		0.25 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
500V		0.5 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
無負荷電圧 〈No Load Voltage〉				
125V		—	125 V ~ 150 V	(V)
250V		—	250 V ~ 300 V	(V)
500V		—	500 V ~ 600 V	(V)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
()	()	()