

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ<MΩ HITESTER>)

形名<Model Number> (3452-13)

製造番号<Serial No.> (No.)

検査年月日<Test Date> ()

<YYYY-MM-DD>

検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度 <Accuracy>				
250V		0.01 MΩ	0.0090 MΩ ~ 0.0110 MΩ	(MΩ)
		0.05 MΩ	0.0475 MΩ ~ 0.0525 MΩ	(MΩ)
		1 MΩ	0.950 MΩ ~ 1.050 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	19.00 MΩ ~ 21.00 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	45.00 MΩ ~ 55.00 MΩ	(MΩ)
500V		0.05 MΩ	0.0450 MΩ ~ 0.0550 MΩ	(MΩ)
		0.1 MΩ	0.0950 MΩ ~ 0.1050 MΩ	(MΩ)
		2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(MΩ)
		100 MΩ	90.0 MΩ ~ 110.0 MΩ	(MΩ)
1000V		1 MΩ	0.900 MΩ ~ 1.100 MΩ	(MΩ)
		2 MΩ	1.900 MΩ ~ 2.100 MΩ	(MΩ)
		50 MΩ	47.50 MΩ ~ 52.50 MΩ	(MΩ)
		1000 MΩ	950 MΩ ~ 1050 MΩ	(MΩ)
		2000 MΩ	1800 MΩ ~ 2200 MΩ	(MΩ)
ACV (55Hz)		500 V	475.0 V ~ 525.0 V	(V)
項目 <Item>	レンジ <Range>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
定格測定電流 <Rated Measurement Current>				
250V		0.25 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
500V		0.5 MΩ	1000 μA ~ 1200 μA	(μA)
1000V		2 MΩ	500 μA ~ 600 μA	(μA)
無負荷電圧 <No Load Voltage>				
250V		—	250 V ~ 300 V	(V)
500V		—	500 V ~ 600 V	(V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
()	()	()