

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (電圧ロガー<VOLTAGE LOGGER>)
形名<Model Number> (3635-06)
製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>				
	DCV	0.00 V	-0.05 V ~ 0.05 V	(0.00 V)
		40.00 V	39.63 V ~ 40.37 V	(40.00 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.363506-2