

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (リークロガー 〈LEAK LOGGER〉)
 形名〈Model Number〉 (3638)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-08-01)
 (〈YYYY-MM-DD〉)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 50 %rh)

項目	レンジ	入力値	許容範囲	測定値ch1	測定値ch2
〈Item〉	〈Range〉	〈Input〉	〈Tolerance〉	〈Measured Value ch1〉	〈Measured Value ch2〉
交流電流確度					
〈AC Current Accuracy〉					
100 mA		0mA	0 mA ~ 0.4 mA	(0.0 mA)	(0.0 mA)
		10mA	9.5 mA ~ 10.5 mA	(10.0 mA)	(10.0 mA)
		80mA	79.1 mA ~ 80.9 mA	(80.0 mA)	(80.0 mA)
1000 mA		0mA	0 mA ~ 4 mA	(0 mA)	(0 mA)
		100mA	95 mA ~ 105 mA	(100 mA)	(100 mA)
		800mA	791 mA ~ 809 mA	(800 mA)	(800 mA)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()