

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温湿度ロガー<HUMIDITY LOGGER>)
 形名<Model Number> (3641)
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
 センサ品名<Sensor Model Name> (温湿度センサ<HUMIDITY SENSOR>)
 センサ形名<Sensor Model Number> (9680-50)
 製造番号<Serial No.> (No.110812346)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
1.内蔵温度センサ確度 <Internal Temperature Sensor Accuracy>	23.0 °C	22.6 °C ~ 23.4 °C	(23.0 °C)
2.9680-50温湿度センサ付き確度 <Accuracy with 9680-50 Humidity Sensor>			
-1.温度<Temperature>	25.0 °C	24.6 °C ~ 25.4 °C	(25.0 °C)
-2.湿度<Humidity>	60.0 %rh 80.0 %rh	54.0 %rh ~ 66.0 %rh 72.0 %rh ~ 88.0 %rh	(60.0 %rh) (80.0 %rh)
※センサ温度 25°C±1°C <Sensor Condition : 25°C±1°C> ※9680-50温湿度センサは、電源を供給してから正しい測定値を示すまでに約30秒かかります。 <After the 9680-50 is supplied with power,it takes approximately 30 seconds before the 3641 displays the correct measurement result.>			

備考<Note>

※No.1,No.2-1は、リニアの影響を考慮して製品仕様より厳しくしています。

<No.1,No.2-1, In consideration of influence due to linear effects, the specifications used for inspection are stricter than those indicated for general use of the instrument.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

確度において、25°C、60%rh、80%rhのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全範囲について確度保証しています。

<Although 25°C, 60%rh, and 80%rh are the only points inspected for accuracy, the entire range stipulated in the specifications is guaranteed for accuracy.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()