

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名〈Model Name〉 (LANケーブルハイテスタ〈LAN CABLE HiTESTER〉)
 形名〈Model Number〉 3660
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110712345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-12-03)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0°C, 55%rh)

項目 〈Item〉	結果 〈Result〉
--------------	----------------

ワイヤマップ検査〈Wiremap check〉 (PASS)

項目 〈Item〉	入力 〈Input〉	ペアNo 〈Pair〉	許容範囲 〈Tolerance〉	表示値 〈Indicated value〉
--------------	---------------	----------------	---------------------	--------------------------

ケーブル長検査〈Cable length〉※1

2. 1m	(1-2)	0. 8m ~ 3. 4m	(0.8 m)
	(3-6)	0. 8m ~ 3. 4m	(0.8 m)
	(4-5)	0. 8m ~ 3. 4m	(0.8 m)
	(7-8)	0. 8m ~ 3. 4m	(0.8 m)
10. 1m	(1-2)	7. 6m ~ 12. 6m	(7.6 m)
	(3-6)	7. 6m ~ 12. 6m	(7.6 m)
	(4-5)	7. 6m ~ 12. 6m	(7.6 m)
	(7-8)	7. 6m ~ 12. 6m	(7.6 m)
50. 4m	(1-2)	41. 9m ~ 58. 9m	(41.9 m)
	(3-6)	41. 9m ~ 58. 9m	(41.9 m)
	(4-5)	41. 9m ~ 58. 9m	(41.9 m)
	(7-8)	41. 9m ~ 58. 9m	(41.9 m)
101. 0m	(1-2)	84. 9m ~ 117. 1m	(84.9 m)
	(3-6)	84. 9m ~ 117. 1m	(84.9 m)
	(4-5)	84. 9m ~ 117. 1m	(84.9 m)
	(7-8)	84. 9m ~ 117. 1m	(84.9 m)
296. 5m	(1-2)	251. 1m ~ 341. 9m	(251.1 m)
	(3-6)	251. 1m ~ 341. 9m	(251.1 m)
	(4-5)	251. 1m ~ 341. 9m	(251.1 m)
	(7-8)	251. 1m ~ 341. 9m	(251.1 m)

備考〈Note〉

※1・ケーブルの特性上、ペアによって表示値が異なることがあります。

Due to slight differences in the characteristics of individual cables,
the measurement results for two cables in a pair may differ.

※1・同じ物理長のケーブルを測定してもケーブルの状態により表示値が異なることがあります。

Cables having the same physical length may still exhibit differing measurement results due
to the condition of the cables.

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

FAIL decision points are highlighted in gray.

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()

No3660-4