

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> (レーザ光源<LASER LIGHT SOURCE>)
形名 <Model Number> (3662)
製造番号 <Serial No.> (No. 200212345)
検査年月日 <Test Date> (2020-02-21)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件 <Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	* 検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
光出力レベル <Optical output power>	-6 dBm	-8.00 dBm ~ -4.00 dBm	(-6.00 dBm)
中心波長 <Central Wavelength>	1550 nm	1530 nm ~ 1570 nm	(1550 nm)
スペクトル幅 <Spectral Bandwidth>	-	5 nm以下	(1.0 nm)

備考<Note>

* 検査点の出力設定は、出力変調を連続光に設定しています。
<The output mode by the inspection is set up in the continuous wave.>

検査条件: シングルモードファイバ、FCマスタコネクタ、PC研磨、2mケーブル出射端にて
<Inspection condition: Single-mode fiber, FC master connector,
PC polishing, and 2 meter-cable output end.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected by>	承認者 <Approved by>
(PASS)	()	()

No.3662-4