

SAMPLE

検査成績表  
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> ( LANケーブルハイテスタ <LAN CABLE HiTESTER> )  
 形名<Model Number> ( 3665 )  
 製造番号<Serial No.> ( No.210112345 )  
 検査年月日<Test Date> ( 2021-01-24 )  
 <YYYY-MM-DD>  
 検査条件<Test Conditions> ( 23.0 °C, 55 %rh )

項目 < Item >	入力 < Input >	許容範囲 < Tolerance >	表示値 < Indicated Value >
----------------	-----------------	-----------------------	----------------------------

ケーブル長 < Cable length > ※1

2.1 m	1.1 m ~ 3.1 m	( 2.0 m )
10.1 m	8.7 m ~ 11.5 m	( 10.0 m )
50.4 m	47.4 m ~ 53.4 m	( 50.0 m )
101.0 m	96.0 m ~ 106.0 m	( 100.0 m )
296.5 m	283.7 m ~ 309.3 m	( 300.0 m )

項目 < Item >	結果 < Result >
----------------	------------------

ワイヤマップ、ディレクション < Wiremap, Cable Identification > ( PASS )  
 スプリットペア < Split Pairs > ( PASS )

備考<Note>

※1 同じ物理長のケーブルを測定してもケーブルの状態により表示値が異なることがあります。

<Cables having the same physical length may still exhibit differing measurement results due to the condition of the cables.>

下記製品は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名を3665と表記しています。  
 3665, 3665-20

<Because the inspection points of Models 3665,3665-20 are the same, Model 3665 is used in this data sheet to represent all three models.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result > ( PASS )	検査者 < Inspected by > ( )	承認者 < Approved by > ( )
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------