

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温湿度ロガー<HUMIDITY LOGGER>)
形名<Model Number> (3670)
製造番号<Serial No.> (No.110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-03)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

センサ品名<Sensor Model Name> (温湿度センサ<HUMIDITY SENSOR>)
センサ形名<Sensor Model Number> (9680-50)
製造番号<Serial No.> (No.110812346)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
--------------	---------------------	---------------------	--------------------------

9680-50温湿度センサ付き確度

<Accuracy with 9680-50 HUMIDITY SENSOR>

-1.温度<Temperature> 25.0 °C 24.6 °C ~ 25.4 °C (25.0 °C)

-2.湿度<Humidity> 60.0 %rh 54.0 %rh ~ 66.0 %rh (60.0 %rh)
80.0 %rh 72.0 %rh ~ 88.0 %rh (80.0 %rh)

※センサ温度 25°C±1°C

<Sensor Condition : 25°C±1°C>

※9680-50温湿度センサは、電源を供給してから正しい測定値を示すまでに約30秒かかります。

<After the 9680-50 is supplied with power, it takes approximately 30 seconds before the 3670 displays the correct measurement result.>

備考<Note>

※温度は、リニアの影響を考慮して製品仕様より厳しくしています。

<For temperature, In consideration of influence due to linear effects, the specifications used for inspection are stricter than those indicated for general use of the instrument.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

確度において、25°C、60%rh、80%rhのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全範囲について確度保証しています。

<Although 25°C, 60%rh, and 80%rh are the only points inspected for accuracy, the entire range stipulated in the specifications is guaranteed for accuracy.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()