

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (電圧ロガー <VOLTAGE LOGGER>)
形名<Model Number> (3671)
製造番号<Serial No.> (No.110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-03)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
--------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------------

直流電圧確度<DC Voltage Accuracy>

50 mV	0.00 mV	-0.05 mV ~	0.05 mV	(0.00 mV)
	40.00 mV	39.75 mV ~	40.25 mV	(40.00 mV)
500 mV	0.0 mV	-0.5 mV ~	0.5 mV	(-0.5 mV)
	400.0 mV	397.5 mV ~	402.5 mV	(400.0 mV)
5 V	0.000 V	-0.005 V ~	0.005 V	(0.000 V)
	4.000 V	3.975 V ~	4.025 V	(4.000 V)
50 V	0.00 V	-0.05 V ~	0.05 V	(0.00 V)
	40.00 V	39.75 V ~	40.25 V	(40.00 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3671-2