

SAMPLE

検査成績表 <TEST REPORT>

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>) 1/1
 形名<Model Number> (8835)
 製造番号<Serial No.> (No.110712354)
 検査年月日<Test Date> (2011-12-12)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0℃, 50%rh)
 電源周波数<Supply Frequency> (60Hz)

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<PRINTER>	
-1.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
2.	セルフチェック<Self check>	
-1.	ROM、RAMチェック<ROM, RAM check>	(PASS)
-2.	プリンタチェック<Printer check>	(PASS)
-3.	キー、ブザー、LED チェック<Keyboard, Buzzer, LED check>	(PASS)
-4.	ディスプレイチェック<Display check>	(PASS)
-5.	PCカードチェック<PC card check>	(PASS)
-6.	バックライトチェック<Back light check>	(PASS)
3.	キーロック <Key lock>	(PASS)
4.	ロジックデータ<logic data>	(PASS)
5.	インタフェース<Interface>	
-1.	外部スタート、外部ストップ、外部プリント < External start, External stop, External print>	(PASS)
-2.	GO、NG端子 <GO, NG>	(PASS)
-3.	TRIG OUT<TRIG OUT>	(PASS)
-4.	EXT TRIG<EXT TRIG>	(PASS)
6.	レンジ、フィルター<Range, Filter>	(PASS)
7.	カップリング<Coupling>	(PASS)
8.	ユニット識別<Unit discrimination>	(PASS)
9.	時間軸<Time base>	(PASS)
10.	ユニットデータ、ストレージ機能、圧縮機能<Unit data, Storage, Compress>	(PASS)
11.	バックアップ <back up>	(PASS)
12.	FDD<Floppy disk drive>	(PASS)
13.	時計<Clock>	(PASS)
14.	トリガ<Trigger>	(PASS)
15.	マニュアルトリガ<Manual trigger>	(PASS)

備考<Note>

1.オプションユニットは、別途検査とする。
 <The optional units are inspected separately.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()