

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

品名<Model Name> (メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>) 1/1
 形名<Model Number> (8840-01)
 製造番号<Serial No.> (No.110801234)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-08)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0℃, 55%rh)
 電源周波数<Supply Frequency> (60Hz)

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<PRINTER>	
-1.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
2.	セルフチェック<Self check>	
-1.	ROM、RAM、アドレスバスチェック<ROM, RAM, Address bus check>	(PASS)
-2.	LED チェック<LED check>	(PASS)
-3.	プリンタチェック<Printer check>	(PASS)
-4.	キーチェック(ジョグシャトル、ソフトキー) <Keyboard check(JOG control knob, SHUTTLE control ring, function key)>	(PASS)
-5.	ディスプレイチェック<Display check>	(PASS)
-6.	バックライトチェック<Back light check>	(PASS)
3.	インタフェース<Interface>	
-1.	外部スタート、外部ストップ、外部プリント < External start, External stop, External print>	(PASS)
-2.	波形判定、判定出力<Wave form comparison, judgment result output>	(PASS)
-3.	TRIG OUT<TRIG OUT>	(PASS)
-4.	EXT TRIG<EXT TRIG>	(PASS)
4.	レンジ<Range>	(PASS)
5.	ユニット識別<Unit discrimination>	(PASS)
6.	時間軸<Time base>	(PASS)
7.	メモリ分割<Memory division>	(PASS)
8.	ショット長、圧縮<Shot length>	(PASS)
9.	FDD<Floppy disk drive>	(PASS)
10.	時計<Clock>	(PASS)
11.	トリガ<Trigger>	
-1.	プリトリガ<Pre Trigger>	(PASS)
-2.	トリガスロープ、レベルトリガ<Trigger slope・Level trigger>	(PASS)
-3.	ウインドトリガ<Window trigger>	(PASS)
-4.	パターントリガ<Pattern trigger>	(PASS)
-5.	トリガフィルタ<Trigger filter>	(PASS)
-6.	トリガソース<Trigger source>	(PASS)

備考<Note>

1. オプションユニットは、別途検査とする。

<The optional units are inspected separately.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()