

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉) 1/1
 形名〈Model Number〉 (8845)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-12-31)
 (YYYYY-MM-DD)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0°C, 50%rh)
 電源周波数〈Supply Frequency〉 (60Hz)

機能〈Function〉

No.	項目〈Item〉	結果〈Result〉
1.	プリンタ〈PRINTER〉	
-1.	ヘッドアップ〈Head up〉	(PASS)
-2.	ペーパーエンド〈Paper end〉	(PASS)
2.	セルフチェック〈Self check〉	
-1.	ROM、RAM、アドレスバスチェック〈ROM, RAM, Address bus check〉	(PASS)
-2.	LED チェック〈LED check〉	(PASS)
-3.	プリンタチェック〈Printer check〉	(PASS)
-4.	キーチェック(ジョグシャトル、ソフトキー) 〈Keyboard check (JOG control knob, SHUTTLE control ring, function key)〉	(PASS)
-5.	ディスプレイチェック〈Display check〉	(PASS)
-6.	バックライトチェック〈Back light check〉	(PASS)
3.	インタフェース〈Interface〉	
-1.	外部スタート、外部ストップ、外部プリント 〈 External start, External stop, External print〉	(PASS)
-2.	波形判定、判定出力〈Wave form comparison, judgment result output〉	(PASS)
-3.	TRIG OUT〈TRIG OUT〉	(PASS)
-4.	EXT TRIG〈EXT TRIG〉	(PASS)
-5.	外部サンプリング〈EXT SMPL〉	(PASS)
-6.	音声録音再生〈MIC〉	(PASS)
-7.	D/A出力機能〈D/A Output〉	(PASS)
4.	レンジ〈Range〉	(PASS)
5.	ユニット識別〈Unit discrimination〉	(PASS)
6.	時間軸〈Time base〉	(PASS)
7.	メモリ分割〈Memory division〉	(PASS)
8.	ショット長、圧縮〈Shot length〉	(PASS)
9.	DAT〈DAT drive〉	(PASS)
10.	時計〈Clock〉	(PASS)
11.	トリガ〈Trigger〉	
-1.	プリトリガ〈Pre Trigger〉	(PASS)
-2.	トリガスロープ、レベルトリガ〈Trigger slope・Level trigger〉	(PASS)
-3.	ウインドトリガ〈Window trigger〉	(PASS)
-4.	パターン トリガ〈Pattern trigger〉	(PASS)
-5.	トリガフィルタ〈Trigger filter〉	(PASS)
-6.	トリガソース〈Trigger source〉	(PASS)

備考〈Note〉

1. オプションユニットは、別途検査とする。

〈The optional units are inspected separately.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()