

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉) 1/1
 形名〈Model Number〉 (8850)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110501234)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-12-31)
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0℃, 50%rh)
 電源周波数〈Supply Frequency〉 (60Hz)

機能〈Function〉

No.	項目〈Item〉	結果〈Result〉
1.	プリンタ〈Printer〉	
-1.	ヘッドアップ表示〈Head up〉	(PASS)
-2.	ペーパーエンド表示〈Paper end〉	(PASS)
-3.	濃淡ボリウム〈Chart print density〉	(PASS)
2.	セルフチェック〈Self check〉	
-1.	ROM、RAM、アドレスバスチェック〈ROM, RAM, Address bus check〉	(PASS)
-2.	LED チェック〈LED check〉	(PASS)
-3.	プリンタチェック〈Printer check〉	(PASS)
-4.	キーチェック(ロータリーノブ、ソフトキー)〈Keyboard check(rotary knob, function key)〉	(PASS)
-5.	CRTチェック〈CRT check〉	(PASS)
3.	インタフェース〈Interface〉	
-1.	TRIG OUT〈TRIG OUT〉	(PASS)
-2.	EXT TRIG〈EXT TRIG〉	(PASS)
-3.	外部スタート、外部ストップ〈External start, External stop〉	(PASS)
-4.	波形判定、判定出力〈Wave form comparison, Judgment result output〉	(PASS)
4.	レンジ、フィルター〈Range, Filter〉	(PASS)
5.	オフセット〈Offset〉	(PASS)
6.	カップリング〈Coupling〉	(PASS)
7.	バーニアSW〈Vernier SW〉	(PASS)
8.	時間軸〈Time base〉	(PASS)
9.	メモリ分割〈Memory division〉	(PASS)
10.	ショット長〈Shot length〉	(PASS)
11.	ICカード〈IC cards〉	(PASS)
12.	メモリバックアップ〈Memory back up〉	(PASS)
13.	時計〈Clock〉	(PASS)
14.	トリガ〈Trigger〉	
-1.	プリトリガ〈Pre trigger〉	(PASS)
-2.	トリガレベル 〈Trigger level〉	(PASS)
-3.	トリガスロープ〈Trigger slope〉	(PASS)
-4.	トリガフィルタ〈Trigger filter〉	(PASS)
-5.	ヒステリシス〈Hysteresis width〉	(PASS)

備考〈Note〉

1. オプションユニットは、別途検査とする。
 〈The optional units are inspected separately.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()