

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

品名〈Model Name〉 (メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉) 1/1
 形名〈Model Number〉 (8855)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-08-04)
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0℃, 50%rh)
 電源周波数〈Supply Frequency〉 (60Hz)

機能〈Function〉

No.	項目〈Item〉	結果〈Result〉
1.	時間軸〈Time base〉	(PASS)
2.	セルフチェック〈Self check〉	
-1.	ROM、RAMチェック〈ROM, RAM check〉	(PASS)
-2.	キー、ブザー、LED チェック〈Keyboard, Buzzer, LED check〉	(PASS)
-3.	ディスプレイチェック〈Display check〉	(PASS)
3.	PCカードチェック〈PC cards check〉	(PASS)
4.	バックライトチェック〈Back light check〉	(PASS)
5.	ユニットの識別〈Unit discrimination〉	(PASS)
6.	ユニットデータ、ストレージ機能〈Unit data, Storage〉	(PASS)
7.	ユニットの設定〈Unit's settings〉	(PASS)
8.	ロジックデータ〈Logic data〉	(PASS)
9.	強制トリガ〈Manual trigger〉	(PASS)
10.	トリガ〈Trigger〉	
-1.	ウィンドトリガ〈Window trigger〉	(PASS)
-2.	周期トリガ〈Period trigger〉	(PASS)
-3.	グリッチトリガ〈Gritch trigger〉	(PASS)
-4.	イベントトリガ〈Event trigger〉	(PASS)
-5.	トリガソース〈Trigger source〉	(PASS)
11.	FDD〈Floppy disk drive〉	(PASS)
12.	SCSI〈SCSI Interface〉	(PASS)
13.	LAN〈LAN Interface〉	(PASS)
14.	時計、設定のバックアップ〈Clock, Back up〉	(PASS)
15.	キーロック〈Keylock〉	(PASS)
16.	インタフェース〈Interface〉	
-1.	TRIG OUT〈TRIG OUT〉	(PASS)
-2.	EXT TRIG〈EXT TRIG〉	(PASS)
-3.	外部スタート、外部ストップ〈 External start, External stop〉	(PASS)
-4.	GO、NG、EXT. OUT端子〈GO, NG, External out〉	(PASS)
-5.	外部サンプリング〈External sampling〉	(PASS)
17.	波形のバックアップ〈Wave form back up〉	(PASS)
18.	プローブ用電源出力〈Power output for probe〉	(PASS)
19.	プリンタ(8994プリンタユニット装着時)〈Printer(When 8994PRINTER UNIT is installed)〉	
-1.	ヘッドアップ〈Head up〉	(PASS)
-2.	ペーパーエンド〈Paper end〉	(PASS)
-3.	プリンタチェック〈Printer check〉	(PASS)
20.	MO(9646MOユニット装着時)〈MO drive(When 9646MO UNIT is installed)〉	(PASS)
21.	HDD(9663HDDユニット装着時)〈HDD drive(When 9663 HDD UNIT is installed)〉	(***)

備考〈Note〉

1. オプションユニットは、別途検査とする。〈The optional units are inspected separately.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()

No.8855-4