

# SAMPLE

## 検査成績表 <TEST REPORT>

品名 <Model Name> (メモリハイコーダ <MEMORY HiCORDER>)  
 形名 <Model Number> ( 8860-50 )  
 製造番号 <Serial No.> ( 160712345 )  
 検査年月日 <Test Date> ( 2016-07-27 )  
 <YYYY-MM-DD>  
 検査条件 <Test Conditions> ( 23.0°C, 50%rh )  
 電源周波数 <Supply Frequency> ( 60Hz )

### 1. 時間軸精度 <Time base Accuracy> \*1

| レンジ<br><Range>  | 入力<br><Input>  | 許容範囲<br><Tolerance>  | 校正値<br><Calibration Value> |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 100 $\mu$ s/DIV | 1kHz 2Vp-p 方形波 | -0.0050 % ~ 0.0050 % | ( 0.0000 % )               |

### 2. 時計精度 <Clock Accuracy> \*2

| 内部クロック周波数<br><Internal Clock Frequency> | 許容範囲<br><Tolerance>           | 校正値<br><Calibration Value> |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 12.288MHz                               | 12.287970 MHz ~ 12.288030 MHz | ( 12.288000 MHz )          |

| No. | 項目<Item>                                                                 | 結果<Result> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.  | セルフチェック <Self check>                                                     |            |
|     | -1.ROM、RAMチェック <ROM, RAM check>                                          | ( PASS )   |
|     | -2.キー、ブザー、LED チェック <Keyboard, Buzzer, LED check>                         | ( PASS )   |
|     | -3.ディスプレイチェック <Display check>                                            | ( PASS )   |
|     | -4.PCカードチェック <PC cards check>                                            | ( PASS )   |
|     | -5.バックライトチェック <Back light check>                                         | ( PASS )   |
| 4.  | ユニットの識別 <Unit discrimination>                                            | ( PASS )   |
| 5.  | ユニットデータ、ストレージ機能 <Unit data, Storage>                                     | ( PASS )   |
| 6.  | ユニットの設定 <Unit's settings>                                                | ( PASS )   |
| 7.  | ロジックデータ <Logic data>                                                     | ( PASS )   |
| 8.  | トリガ <Trigger>                                                            | ( PASS )   |
| 9.  | LAN <LAN Interface>                                                      | ( PASS )   |
| 10. | 時計、設定のバックアップ <Clock, Back up>                                            | ( PASS )   |
| 11. | 波形のバックアップ <Wave form back up>                                            | ( PASS )   |
| 12. | 外部スタート、外部ストップ、外部プリント<br>< External start, External stop, External print> | ( PASS )   |
| 13. | キーロック <Key lock>                                                         | ( PASS )   |
| 14. | GO、NG端子 <GO, NG>                                                         | ( PASS )   |
| 15. | TRIG OUT、EXT TRIG <TRIG OUT, EXT TRIG>                                   | ( PASS )   |
| 16. | 外部サンプリング、サンプリング同期 <EXT.SMPL, SYNC.OUT>                                   | ( PASS )   |
| 17. | USB <USB Interface>                                                      | ( PASS )   |

### 備考 <Note>

オプションユニットは、別途検査とする。<The optional units are inspected separately.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

\*1 時間軸精度は検査用の内蔵メモリにて実施。

<Time base Accuracy is carried out with built-in memory used for inspection.>

\*2 時計精度については、製品仕様±2.5ppmの確認を内部クロック周波数確認にて代用しています。

<Time Base Accuracy (±2.5ppm) is confirmed by checking the Internal Clock Frequency.>

| 総合判定 <Overall Result> | 検査者 <Inspected by> | 承認者 <Approved by> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ( PASS )              | ( )                | ( )               |

SAMPLE

検査成績表  
<TEST REPORT>

**HIOKI**  
HIOKI E.E. CORPORATION

2/2

製造番号 <Serial No.> ( 160712345 )  
検査年月日 <Test Date> ( 2016-07-27 )  
<YYYY-MM-DD>

| No. | 項目<Item>                                                                                      | 結果<Result> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18. | モニタ <External monitor>                                                                        | ( PASS )   |
| 19. | プローブ用電源出力 <Power output for probe>                                                            | ( PASS )   |
| 20. | プリンタ(8995, 8995-01 プリンタユニット装着時)<br><Printer (When 8995 or 8995-01 PRINTER UNIT is installed)> |            |
|     | -1.ヘッドアップ <Head up>                                                                           | ( -- )     |
|     | -2.ペーパーエンド <Paper end>                                                                        | ( -- )     |
|     | -3.プリンタチェック <Printer check>                                                                   | ( -- )     |
| 21. | HDD(9718-50HDユニット装着時)<br><HD drive(When 9718-50 HD UNIT is installed)>                        | ( -- )     |
| 22. | DC電源(9684DC電源ユニット装着時)<br><DC power (When 9684 DC POWER UNIT is installed)>                    | ( -- )     |
| 23. | プローブ電源(9687プローブ電源ユニット装着時)<br><Power to probe (When 9687 PROBE POWER UNIT is installed)>       | ( PASS )   |