

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンプローブ<CLAMP ON PROBE>)
 形名<Model Number> (9005-01)
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-04)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数<Test Frequency> (55 Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
--------------	----------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

確 度
<Accuracy>

AC 300 A	AC 300.0A	DC 300 mV	294.0mV	~	306.0mV	(300.0 mV)
AC 120 A	AC 120.0A	DC 300 mV	294.0mV	~	306.0mV	(300.0 mV)
AC 30 A	AC 30.00A	DC 300 mV	294.0mV	~	306.0mV	(300.0 mV)
AC 12 A	AC 12.00A	DC 300 mV	294.0mV	~	306.0mV	(300.0 mV)
AC 3 A	AC 3.000A	DC 300 mV	294.0mV	~	306.0mV	(300.0 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()