

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンプローブ <CLAMP ON PROBE>)
 形名<Model Number> (☒ 9010 ☐ 9010-02 ☐ 9010-10)
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-07-01)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数<Test Frequency> (55 Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
--------------	----------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

確 度
<Accuracy>

AC 500 A	AC 500 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)
AC 200 A	AC 200 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)
AC 100 A	AC 100 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)
AC 50 A	AC 50 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)
AC 20 A	AC 20 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)
AC 10 A	AC 10 A	AC 200 mV	194.0 mV	~ 206.0 mV	(200.0 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()