

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンプローブ)
<CLAMP ON PROBE>
形名<Model Number> (9018)
製造番号<Serial No.> (No. 200412345)
検査年月日<Test Date> (2020-04-01)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 * <Calibration Value>
1. 振幅確度 <Amplitude Accuracy>					
AC 500 A	500 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)
AC 200 A	200 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)
AC 100 A	100 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)
AC 50 A	50 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)
AC 20 A	20 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)
AC 10 A	10 A	55Hz	AC 200 mV	196.80 mV ~ 203.20 mV	(200.00 mV)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()