

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (クランプオンセンサ〈CLAMP ON SENSOR〉)
 形名〈Model Number〉 (9270)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011 - 08 - 05)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数〈Test Frequency〉 (50Hz)

項 目 〈Item〉	検査点 〈Test Point〉	出力規定値 〈Fiducial Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	出力値 〈Output〉
確 度 〈Accuracy〉	AC 20A	AC 2.0000 V	1.9890 V ~ 2.0110 V (	2.0000 V)
	10A	1.0000 V	0.9940 V ~ 1.0060 V (	1.0000 V)
	5 A	500.0mV	496.5mV ~ 503.5mV (	500.0 mV)
	2 A	200.0mV	198.0mV ~ 202.0mV (	200.0 mV)
	1 A	100.00mV	98.50mV ~ 101.50mV (	100.00 mV)
	500mA	50.00mV	48.75mV ~ 51.25mV (	50.00 mV)
	200mA	20.00mV	18.90mV ~ 21.10mV (	20.00 mV)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()