

**SAMPLE** 検査成績表  
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンセンサ<CLAMP ON SENSOR>)  
 形名<Model Number> ( 9271 )  
 製造番号<Serial No.> (No. 110812345 )  
 検査年月日<Test Date> ( 2011 - 08 - 05 )  
 <YYYY-MM-DD>  
 検査条件<Test Conditions> ( 23.0 °C, 50 %rh )  
 検査周波数<Test Frequency> ( 50Hz )

| 項 目<br><Item>     | 検査点<br><Test Point> | 出力規定値<br><Fiducial Value> | 許容範囲<br><Tolerance>   | 出力値<br><Output> |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 確 度<br><Accuracy> | AC 200 A            | AC 2.0000 V               | 1.9890 V ~ 2.0110 V ( | 2.0000 V)       |
|                   | 100 A               | 1.0000 V                  | 0.9940 V ~ 1.0060 V ( | 1.0000 V)       |
|                   | 50 A                | 500.0mV                   | 496.5mV ~ 503.5mV (   | 500.0 mV)       |
|                   | 20 A                | 200.0mV                   | 198.0mV ~ 202.0mV (   | 200.0 mV)       |
|                   | 10 A                | 100.00mV                  | 98.50mV ~ 101.50mV (  | 100.00 mV)      |
|                   | 5A                  | 50.00mV                   | 48.75mV ~ 51.25mV (   | 50.00 mV)       |
|                   | 2A                  | 20.00mV                   | 18.90mV ~ 21.10mV (   | 20.00 mV)       |

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

| 総合判定<Overall Result> | 検査者<Inspected by> | 承認者<Approved by> |
|----------------------|-------------------|------------------|
| ( PASS )             | ( )               | ( )              |