

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンセンサ<CLAMP ON SENSOR>)
形名<Model Number> (9272)
製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011 - 08 - 05)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (50Hz)

項目	レンジ	検査点	出力基底値	許容範囲	出力値
<Item>	<Range>	<Test Point>	<Fiducial Value>	<Tolerance>	<Output>

確 度

<Accuracy>

200 A	AC	200 A	AC	2.000 V	1.9890 V ~ 2.0110 V	(2.0110 V)
		100 A		1.000 V	0.9940 V ~ 1.0060 V	(1.0060 V)
		50 A		500.0mV	496.5mV ~ 503.5mV	(503.5 mV)
		20 A		200.0mV	198.0mV ~ 202.0mV	(202.0 mV)
		10 A		100.0mV	98.50mV ~ 101.50mV	(101.50 mV)
		5 A		50.00mV	48.75mV ~ 51.25mV	(51.25 mV)
		2 A		20.00mV	18.90mV ~ 21.10mV	(21.10 mV)
20 A	AC	20 A	AC	2.000 V	1.9890 V ~ 2.0110 V	(2.0110 V)
		10 A		1.000 V	0.9940 V ~ 1.0060 V	(1.0060 V)
		5 A		500.0mV	496.5mV ~ 503.5mV	(503.5 mV)
		2 A		200.0mV	198.0mV ~ 202.0mV	(202.0 mV)
		1 A		100.0mV	98.50mV ~ 101.50mV	(101.50 mV)
		500 mA		50.00mV	48.75mV ~ 51.25mV	(51.25 mV)
		200 mA		20.00mV	18.90mV ~ 21.10mV	(21.10 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.9272-5