

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温湿度センサ<HUMIDITY SENSOR>)
形名<Model Number> (9464)
製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-04)
(<YYYY-MM-DD>)

項目 <Item>	入力 <Input>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
温度 <Temperature>	25.0 °C	0.109730 kΩ	24.7 °C ~ 25.3 °C 0.109616 kΩ ~ 0.109847 kΩ	(25.0 °C) (0.109847 kΩ)
センサ湿度50.0%にて				
湿度 <Humidity>	30.0 %	0.7904 V	25.5 % ~ 34.5 % 0.6680 V ~ 0.8985 V	(34.0 %) (0.8900 V)
	50.0 %	1.2292 V	47.5 % ~ 52.5 % 1.1796 V ~ 1.2691 V	(50.0 %) (1.2600 V)
	70.0 %	1.5331 V	67.5 % ~ 72.5 % 1.4970 V ~ 1.5684 V	(70.0 %) (1.5000 V)
センサ温度25.0°Cにて				

補足説明

25.0°Cでの確度が±0.3°C
25.0°Cでのセンサの基準出力が0.109730kΩ
24.7°Cでのセンサの基準出力が0.109616kΩ
25.3°Cでのセンサの基準出力が0.109847kΩ

DMM測定値を (kΩ)にて示してあります。
その値の換算値を(°C)にて示してあります。

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.9464-3