

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (光パワーメータ<Optical Power Meter>)
形名<Model Number> (TM6104)
製造番号<Serial No.> (No. 170336525)
検査年月日<Test Date> (2017-06-08)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.7 °C, 56 %rh)

項目 <Item>	検査条件 <Test Condition>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

光パワー測定 *2

<Optical Power Measurement>

473 nm	1.000E-04 W	-4.2 % ~	4.2 % (0.1 %)
532 nm	1.000E-04 W	-4.2 % ~	4.2 % (0.1 %)
633 nm	1.000E-04 W	-4.2 % ~	4.2 % (0.0 %)

重心波長測定

<Centroid Wavelength Measurement>

全面照射	435.83 nm	435.33 nm ~	436.33 nm (435.84 nm)
<Overfilled Irradiation>	546.07 nm	545.57 nm ~	546.57 nm (546.06 nm)
φ 1.5mm	632.82 nm	632.32 nm ~	633.32 nm (632.79 nm)

備考<Note>

*1 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

*2 校正値は入射光の光パワーとの差異を示しています。

<The calibration value shows the difference in optical power from incident light.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()