HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

SAMPLE

検 査 成 績 表
<TEST REPORT>

品名<Model Name> (クランプオンハイテスタ <CLAMP ON HiTESTER>)
形名<Model Number> (3127)
製造番号<Serial No.> (No. 161202123)
検査年月日<Test Date> (2016/12/2 <YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (25.0 ℃, 55 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (55Hz)

項 目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>			標準器指示値 <Standard>	
確 度 <Accuracy>	AC 300 A	300 A	291.0 A	～	309.0 A	(300.0	A)
	150 A	150 A	145.5 A	～	154.5 A	(150.0	A)
	60 A	60 A	58.2 A	～	61.8 A	(60.0	A)
	15 A	15 A	14.55 A	～	15.45 A	(15.00	A)
	6 A	6 A	5.82 A	～	6.18 A	(6.00	A)
	AC 750 V	750 V	727.5 V	～	772.5 V	(750.0	V)
	300 V	300 V	291.0 V	～	309.0 V	(300.0	V)
	150 V	150 V	145.5 V	～	154.5 V	(150.0	V)
	DC 75 V	75 V	72.75 V	～	77.25 V	(75.00	V)
	×100 Ω	3 kΩ	2.66 kΩ	～	3.38 kΩ	(3.00	kΩ)
	×1 Ω	30 Ω	26.6 Ω	～	33.8 Ω	(30.0	Ω)

備考<Note>
FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	( )	( )