

検査成績表
＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (クランプオンハイテスタ <CLAMP ON HiTESTER>)
 形名＜Model Number＞ (3127-10)
 製造番号＜Serial No.＞ (No. 161202123)
 検査年月日＜Test Date＞ (2016-12-02)
 (YYYY-MM-DD)
 検査条件＜Test Conditions＞ (25.0 °C, 55 %rh)
 検査周波数＜Test Frequency＞ (55Hz)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
確 度 ＜Accuracy＞	AC 300 A	300 A	291.0 A ~ 309.0 A	(300.0 A)
	150 A	150 A	145.5 A ~ 154.5 A	(150.0 A)
	60 A	60 A	58.2 A ~ 61.8 A	(60.0 A)
	15 A	15 A	14.55 A ~ 15.45 A	(15.00 A)
	6 A	6 A	5.82 A ~ 6.18 A	(6.00 A)
	AC 750 V	750 V	727.5 V ~ 772.5 V	(750.0 V)
	300 V	300 V	291.0 V ~ 309.0 V	(300.0 V)
	150 V	150 V	145.5 V ~ 154.5 V	(150.0 V)
	DC 75 V	75 V	72.75 V ~ 77.25 V	(75.0 V)
	×100 Ω	3 kΩ	2.66 kΩ ~ 3.38 kΩ	(3.00 kΩ)
	×1 Ω	30 Ω	26.6 Ω ~ 33.8 Ω	(30.0 Ω)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
(PASS)	()	()

No.312710-4